

10
36
16
18
12
34
14
VAPORIZER
0-200psi.
GAUGE
25
24
0-60psi.
GAUGE
26
HEATED
REGULATOR
27
32
28
32
33
WATLOW
CONTROLLER
32
31
20
33
30

FIG. 1



10
36
16
40
12
34
14
VAPORIZER
0-200psi.
GAUGE
38
25
24
0-60psi.
GAUGE
26
HEATED
REGULATOR
18
28
32
20
WATLOW
DUAL CONTROLLER
42
33
37

FIG. 2



AC IN-120V / 15 OR 20 AMP
Output 1
Output 2
Input 1
Input 1
Power
Comms
Dig I/O 5 & 6
485
A
B
C
42
40
SOLENOID EH30-042-A120-UM
ON STREAMS 1, 3 AND 4
38
485 COMMUNICATIONS
PRESSURE SWITCH @ GC FROM NC
CONTACT J1-Dry contact closure
(No Voltage)
44
TYPE J THERMOCOUPLE INPUT FROM
OVEN TC IN GAS CHROMATOGRAPH
46

FIG. 3




FIG. 4